



## 谷氨酸合成酶（Glutamate synthase, GOGAT）试剂盒说明书

分光光度法 50 管/48 样

**注意：** 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

**测定意义：**

GOGAT 分布于植物中，和谷氨酰胺合成酶共同构成 GS/GOGAT 循环，参与氨同化的调控。

**测定原理：**

GOGAT 催化谷氨酰胺的氨基转移到  $\alpha$ -酮戊二酸，形成两分子的谷氨酸；同时 NADH 氧化生成  $\text{NAD}^+$ ，340nm 吸光度的下降速率可以反映 GOGAT 活性大小。

**需自备的仪器和用品：**

紫外分光光度计、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、1mL 石英比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

**试剂组成和配制：**

提取液：液体 60mL×1 瓶，4°C 保存；

试剂一：液体 60mL×1 瓶，4°C 保存；

试剂二：粉剂×2 瓶，4°C 保存；

**粗酶液提取：**

细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量（ $10^4$  个）：提取液体积（mL）为 500~1000: 1 的比例（建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液），超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；8000g 4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。

组织：按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液），进行冰浴匀浆。8000g 4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。

**测定步骤：**

1、 分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 340nm，蒸馏水调零。

2、 样本测定

(1) 工作液的配制：在试剂二中加入 25mL 试剂一充分溶解混匀，置于 37°C（哺乳动物）或 25°C（其它物种）水浴 5min；现配现用（配好后 3h 内用完）；

(2) 取 0.1mL 样本和 0.9mL 工作液于 1mL 比色皿中，混匀，加工作液的同时开始计时，在 340 nm 波长下记录 20 秒时的初始吸光度 A1 和 5 分 20 秒时的吸光度 A2，计算  $\Delta A = A_1 - A_2$ 。



#### GOGAT 活性计算：

(1) 按样本蛋白浓度计算：

单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOGAT (nmol/min/mg prot)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T = 321 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$$

(2) 按样本鲜重计算：

单位的定义：每 g 组织每分钟消耗 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOGAT (nmol/min/g 鲜重)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{总}}) \div T = 321 \times \Delta A \div W$$

(3) 按细菌或细胞密度计算：

单位的定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟消耗 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOGAT (nmol/min/10}^4 \text{ cell)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{总}}) \div T = 0.642 \times \Delta A$$

V<sub>反总</sub>: 反应体系总体积, 1×10<sup>-3</sup> L; ε: NADH 摩尔消光系数, 6.22×10<sup>3</sup> L / mol / cm; d: 比色皿光径, 1cm; V<sub>样</sub>: 加入样本体积, 0.1 mL; V<sub>总</sub>: 加入提取液体积, 1 mL; T: 反应时间, 5 min; C<sub>pr</sub>: 样本蛋白质浓度, mg/mL; W: 样本质量, g; 500: 细菌或细胞总数, 500 万。