

## 赖氨酸(Lysine, Lys)含量测定试剂盒说明书

微量法 100 管/96 样

**注 意：**正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

### 测定意义：

赖氨酸是人体必需氨基酸之一，能促进人体发育、增强免疫功能，并有提高中枢神经组织功能的作用。赖氨酸为碱性必需氨基酸。由于谷物食品中的赖氨酸含量甚低，且在加工过程中易被破坏而缺乏，故称为第一限制性氨基酸。

### 测定原理：

蛋白质中的赖氨酸具有一个游离的  $\epsilon$ -NH<sub>2</sub>，它与茚三酮试剂反应生成蓝紫色物质，其颜色的深浅在一定范围内与赖氨酸的含量成线性关系。亮氨酸与赖氨酸的碳原子数目相同，而且仅有一个游离氨基 ( $\epsilon$ -NH<sub>2</sub>)，所以通常用亮氨酸配制标准液。

### 需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板、研钵、冰、蒸馏水、水浴锅。

### 试剂的组成和配制：

提取液：液体 100mL×1 瓶，4℃保存；

试剂一：粉剂×1 瓶，4℃保存；临用前加入 12.5mL 试剂三充分溶解混匀；

试剂二：液体 12.5mL×1 瓶，4℃保存；

试剂三：液体 15mL×1 瓶，4℃保存；

试剂四：60%乙醇，自备。

### 赖氨酸提取：

样本烘干粉碎，称取约 0.01g 样本，加入 1mL 提取液，充分匀浆。80℃水浴提取 20min，冷却后 10000g 离心 10min，取上清待测。

### 测定步骤：

- 1、 分光光度计或酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 570nm，蒸馏水调零。
- 2、 工作液的配制：取 10mL 试剂一与 10mL 试剂二混合摇匀，取上清备用。用不完的试剂 4℃保存。
- 3、 在有盖 EP 管中加入下列试剂：

试剂名称 (μL)	测定管	空白管
样本	100	
提取液		100
工作液	200	200
混匀，80℃水浴 30min (盖紧，以防止水分散失)，冷却至常温。		
试剂四	300	300

混匀，取 200 $\mu$ L 至微量石英比色皿或 96 孔板中，于 530nm 波长处记录吸光值 A。  $\Delta A = A$  测定管 - A 空白管。空白管只要做一管。

**赖氨酸含量计算：**

a. 用微量石英比色皿测定的计算公式如下

标准条件下测定回归方程为  $y = 0.0062x - 0.0212$ ；x 为赖氨酸含量 ( $\mu\text{g/mL}$ )，y 为吸光值。

1. 按照蛋白浓度计算

$$\begin{aligned} \text{赖氨酸含量}(\mu\text{g}/\text{mg prot}) &= [(\Delta A + 0.0212) \div 0.0062 \times V1] \div (\text{Cpr} \times V1) \times 1.1515 \\ &= 185.73 \times (\Delta A + 0.0212) \div \text{Cpr} \end{aligned}$$

2. 按照样本质量计算

$$\begin{aligned} \text{赖氨酸含量}(\mu\text{g}/\text{g 干重}) &= [(\Delta A + 0.0212) \div 0.0062 \times V1] \div (W \times V1 \div V2) \times 1.1515 \\ &= 185.73 \times (\Delta A + 0.0212) \div W \end{aligned}$$

V1：加入反应体系中样本体积，0.1mL；V2：加入提取液体积，1 mL；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g；1.1515，校正系数。

b. 用 96 孔板测定的计算公式如下

标准条件下测定回归方程为  $y = 0.0031x - 0.0212$ ；x 为赖氨酸含量 ( $\mu\text{g/mL}$ )，y 为吸光值。

1. 按照蛋白浓度计算

$$\begin{aligned} \text{赖氨酸含量}(\mu\text{g}/\text{mg prot}) &= [(\Delta A + 0.0212) \div 0.0031 \times V1] \div (\text{Cpr} \times V1) \times 1.1515 \\ &= 371.45 \times (\Delta A + 0.0212) \div \text{Cpr} \end{aligned}$$

2. 按照样本质量计算

$$\begin{aligned} \text{赖氨酸含量}(\mu\text{g}/\text{g 干重}) &= [(\Delta A + 0.0212) \div 0.0031 \times V1] \div (W \times V1 \div V2) \times 1.1515 \\ &= 371.45 \times (\Delta A + 0.0212) \div W \end{aligned}$$

V1：加入反应体系中样本体积，0.1mL；V2：加入提取液体积，1 mL；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g；1.1515，校正系数。